



(株)アグリテクノしのぶ食品事業部 御中

2013年10月7日

## 検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー  
福島県二本松市岳温泉大和125-7  
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657



ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

**検体名:** 清涼飲料水  
**受付番号:** DA07008~DA07010  
**受付日:** 2013年10月3日  
**測定日:** 2013年10月7日  
**検査方法:** 測定器:  
 日立アロカメディカル株式会社製 Model:CAN-OSP-NAI  
 (NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)  
 測定方法:  
 厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

### 【検査結果】

| サンプル名      | <sup>131</sup> I(ヨウ素131)            | <sup>134</sup> Cs(セシウム134) | <sup>137</sup> Cs(セシウム137) | 暫定規制値 <sup>2</sup>  |
|------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| 飲みごたえカフェ   | 検出せず<br>( <5.57Bq/kg ) <sup>1</sup> | 検出せず<br>( <9.59Bq/kg )     | 検出せず<br>( 8.74Bq/kg )      | <sup>134</sup> Cs(セシウム134)と<br><sup>137</sup> Cs(セシウム137)の<br>合計が <sup>1</sup> 100Bq/kg以下 |
| 飲みごたえココア   | 検出せず<br>( <5.77Bq/kg ) <sup>1</sup> | 検出せず<br>( <9.39Bq/kg )     | 検出せず<br>( <8.76Bq/kg )     |   |
| つぶつぶいちごミルク | 検出せず<br>( <6.19Bq/kg ) <sup>1</sup> | 検出せず<br>( <10.3Bq/kg )     | 検出せず<br>( <9.28Bq/kg )     |   |

<sup>1</sup> ( )内は各測定時の検出限界値を示す

<sup>2</sup> 暫定規制値は一般食品を記載

検査担当者: 佐藤 友子