



(株)アグリテクノしのぶ食品事業部 御中

2014年8月14日

検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー
福島県二本松市岳温泉大和125-7
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657



ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 茶碗蒸し
受付番号: E80E001～E80E003・E80E005・E80E006
受付日: 2014年8月4日
測定日: 2014年8月14日
検査方法: 測定器:
日立アロカメディカル株式会社製 Model:CAN-OSP-NAI
(NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)
測定方法:
厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

【検査結果】

農場名	¹³¹ I(ヨウ素131)	¹³⁴ Cs(セシウム134)	¹³⁷ Cs(セシウム137)	暫定規制値 ²
涼味茶碗蒸し海老 130g×2	検出せず (<5.66Bq/kg) ¹	検出せず (<9.71Bq/kg)	検出せず (<8.68Bq/kg)	¹³⁴ Cs(セシウム134)と ¹³⁷ Cs(セシウム137)の 合計が100Bq/kg以下
涼味茶碗蒸しかに 130g×2	検出せず (<5.62Bq/kg) ¹	検出せず (<9.74Bq/kg)	検出せず (<8.83Bq/kg)	
手造り茶碗蒸し海老 180g	検出せず (<5.67Bq/kg) ¹	検出せず (<9.70Bq/kg)	検出せず (<8.98Bq/kg)	
涼の味	検出せず (<7.22Bq/kg) ¹	検出せず (<9.59Bq/kg)	検出せず (<9.05Bq/kg)	
130g茶碗蒸し	検出せず (<5.51Bq/kg) ¹	検出せず (<9.76Bq/kg)	検出せず (<8.98Bq/kg)	

¹ ()内は各測定時の検出限界値を示す

² 暫定規制値は右記食品種のを記載: 卵

検査担当者: 佐藤 友子