



(株)アグリテクノしのぶ食品事業部 御中

2015年12月18日

検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー
福島県二本松市岳温泉大和125-7
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657



ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 茶碗蒸し
 受付番号: FC12001~FC12003・FC12005~FC12007
 受付日: 2015年12月5日
 測定日: 2015年12月18日
 検査方法: 測定器:
 日立アロカメディカル株式会社製 Model:CAN-OSP-NAI
 (NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)
 測定方法:
 厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

【検査結果】

農場名	¹³¹ I(ヨウ素131)	¹³⁴ Cs(セシウム134)	¹³⁷ Cs(セシウム137)	暫定規制値 ²
手造り茶碗蒸し海老 130g×2	検出せず (<5.62Bq/kg) ¹	検出せず (<9.41Bq/kg)	検出せず (<8.71Bq/kg)	¹³⁴ Cs(セシウム134)と ¹³⁷ Cs(セシウム137)の 合計が100Bq/kg以下
手造り茶碗蒸し松茸 130g×2	検出せず (<5.52Bq/kg) ¹	検出せず (<9.63Bq/kg)	検出せず (<8.80Bq/kg)	
手造り茶碗蒸し海老 180g	検出せず (<5.87Bq/kg) ¹	検出せず (<9.53Bq/kg)	検出せず (<8.77Bq/kg)	
健養茶	検出せず (<5.53Bq/kg) ¹	検出せず (<9.68Bq/kg)	検出せず (<8.91Bq/kg)	
130g茶碗蒸し	検出せず (<5.54Bq/kg) ¹	検出せず (<9.26Bq/kg)	検出せず (<8.63Bq/kg)	
マル得茶碗蒸し 130g×3	検出せず (<5.62Bq/kg) ¹	検出せず (<9.53Bq/kg)	検出せず (<8.83Bq/kg)	

¹ ()内は各測定時の検出限界値を示す

² 暫定規制値は右記食品種のものに記載: 卵

検査担当者: 佐藤 友子